

Warszawa 01.03.2016 r.

W postępowanie Nr 001/2016/IM na zakup stanowiska próżniowego do budowanego jonowodu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a. Oferent zadał pytanie.

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania zamówienia publicznego na dostawę stanowiska próżniowego do budowanego jonowodu, zwracamy się z prośbą o udzielenie poniżej wskazanych wyjaśnień treści ogłoszenia.

1) Zamawiający w pkt.11 ogłoszenia, zawierającego opis przedmiotu zamówienia, podał:

„Zawory zapowietrzając sterowane napięciem 230V”.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu zapowietrzającego sterowanego napięciem 24V DC.

Pracą zaworu, jak i całego systemu pompowego sterował będzie samodzielny, dedykowany sterownik.

Odpowiedz:

Dopuszcza się zaoferowanie zaworu zapowietrzającego sterowanego napięciem 24 VDC o ile przewidziany w dostawie samodzielny, dedykowany sterownik całego systemu pompowego posiada takie napięcie sterujące przeznaczone do zaworu zapowietrzającego.