



Warszawa, dnia 07.06.2011 r.

Tel.: (0 -22) 55-46-110

Fax. (0-22) 659-27-14

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: dostawy zestawu UPLC z kwadrupolowym analizatorem mas i zestawem akcesoriów laboratoryjnych

Dnia 03.06.2011 r. od wykonawcy wpłynęło pismo (fax) o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Pytania do postępowania 001/004/2011

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści przyrząd z możliwością mieszania dwóch składników w układzie dwóch pomp?
Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganymi w SIWZ, ponadto pozwoli Zamawiającemu otrzymać ofertę na pompy pracujące do wyższych ciśnień 66MPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość mieszania dwóch składników w układzie dwóch pomp.

2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd z możliwością rozbudowy o detektor DAD o zakresie 190-800nm? Nieco węższy zakres pracy niż wymagany nie powinien wpłynąć na jakość wyników, szczególnie, że w wymaganym zestawie znajduje się wysoce selektywny detektor mas LC/MS/MS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kompatybilny detektor DAD o zakresie widma 190-800nm.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Dr Jarosław Choiński



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN